



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

AREA GESTIONE  
INFRASTRUTTURE E  
SERVIZI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA MULTIFUNZIONALE PER MISURE SAXS/WAXS/GISAXS CIG 888517672F; CUP D45F21000700002**

**QUESITI 1**

D1) Con riferimento al bando di gara citato in oggetto, relativo all'articolo 7.2 del documento "Disciplinare", potrebbe precisare i seguenti due punti:

1. Nella presentazione della gara, è possibile fornire un elenco dei sistemi multifunzionali SAXS / WAXS / GISAXS installati quest'anno, nel 2021?
2. È necessario fornire dei certificati di forniture analoghe firmati dai clienti? In caso affermativo, deve essere allegata una traduzione italiana giurata di tali certificati?

*R1)*

*1. Il requisito di capacità tecnico professionale di cui all'art. 7.2 del Disciplinare di gara prevede l'installazione di almeno n. 3 sistemi multifunzionali SAXS/WAXS/GISAXS nel triennio 2018-2020.*

*Pertanto, ai fini del soddisfacimento del requisito, non saranno prese in considerazione forniture effettuate nell'anno 2021.*

*2. A dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico - professionale, dovrà essere allegato un documento attestante l'elenco dei diffrattometri a raggi X indicando il riferimento del cliente pubblico o privato che ha acquisito le macchine citate e l'anno di riferimento.*

*Il certificato attestante l'elenco delle forniture dovrà essere sottoscritto dal cliente.*

*Non è richiesta la traduzione giurata.*

D2) Nella sezione 22.2 Criteri Tabellari – Descrizione dei Criteri, relativamente ai punti A1, A2, A3.

Nell'esempio della sezione A2-Garanzia specifica sui tubi a Raggi X

Viene riportato l'esempio seguente: “Pertanto, in caso di estensione di garanzia di un anno (per un totale di 2 anni) si attribuiscono 5 punti per il criterio A1 e 3 punti per il criterio A2...”

Tale esempio risulta essere incongruente con quanto riportato nella tabella successiva del criterio A2, dove l'estensione della garanzia di un anno (per un totale di 2 anni) dovrebbe essere di 1 punto per il criterio A2 (anziché 3 punti).

Nell'esempio della sezione A3 – Garanzia specifica del detector



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

Viene riportato l'esempio seguente: "...Se l'estensione della garanzia generale è di 2 anni (per un totale di 3 anni) si attribuiscono 10 punti per il criterio A1 e 4 punti per il criterio A3..."

Tale esempio risulta essere incongruente con quanto riportato nella tabella successiva del criterio A3, dove l'estensione della garanzia di due anni (per un totale di 3 anni) dovrebbe essere di 6 punti per il criterio A3 (anziché 4 punti: non presente come punteggio assegnabile della tabella A3).

Si prega cortesemente di voler chiarire o rettificare come verrà effettuata l'assegnazione del punteggio dei criteri A2 e A3 della sezione A "Condizioni di fornitura".

*R2)*

*Sezione A2-Garanzia specifica sui tubi a Raggi X*

Esempio riportato al criterio A.2 del disciplinare di gara

Pertanto, in caso di estensione di garanzia generale di un anno (per un totale di 2 anni) si attribuiscono 5 punti per il criterio A1 e 3 punti per il criterio A2. Se l'estensione della garanzia generale è di 2 anni (per un totale di 3 anni), si attribuiscono 10 punti per il criterio A1 e 6 punti per il criterio A2.

Si intende modificato come segue (si veda punteggio in **grassetto**):

*Pertanto, in caso di estensione di garanzia generale di un anno (per un totale di 2 anni) si attribuiscono 5 punti per il criterio A1 e **1 (un) punto** per il criterio A2. Se l'estensione della garanzia generale è di 2 anni (per un totale di 3 anni), si attribuiscono 10 punti per il criterio A1 e **3 (tre) punti** per il criterio A2.*

*Sezione A3 – Garanzia specifica del detector*

Esempio riportato al criterio A.3 del disciplinare di gara

Pertanto, in caso di estensione di garanzia generale di un anno (per un totale di 2 anni) si attribuiscono 5 punti per il criterio A1 e 2 punti per il criterio A3. Se l'estensione della garanzia generale è di 2 anni (per un totale di 3 anni), si attribuiscono 10 punti per il criterio A1 e 4 punti per il criterio A3. Se l'estensione della garanzia generale è di 3 anni (per un totale di 4 anni), si attribuiscono 10 punti per il criterio A1 e 6 punti per il criterio A3.

Si intende modificato come segue (si veda punteggio in **grassetto**):

*Pertanto, in caso di estensione di garanzia generale di un anno (per un totale di 2 anni) si attribuiscono 5 punti per il criterio A1 e 2 punti per il criterio A3. Se l'estensione della garanzia generale è di 2 anni (per un totale di 3 anni), si attribuiscono 10 punti per il criterio A1 e **6 (sei) punti** per il criterio A3. Se l'estensione della garanzia generale è di 3*



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

*anni (per un totale di 4 anni), si attribuiscono 10 punti per il criterio A1 e 6 punti per il criterio A3.*

La nota esplicativa relativa all'estensione della garanzia generale di 3 anni (per un totale di 4 anni) è stata inserita, a titolo esemplificativo, per segnalare che l'offerta di un ulteriore anno di garanzia non comporta l'assegnazione alcun punteggio.

D3) Relativamente al “Capitolato speciale d’oneri” – Art.3 Termine di consegna e installazione.

Si prega di specificare i dettagli della destinazione finale del materiale: numero del piano, collocazione del laboratorio e relativa accessibilità, presenza di montacarichi dal piano strada al piano del laboratorio, dimensione dei corridoi e delle porte di ingresso da attraversare. Se possibile fornire una piantina dei locali.

Vengono inoltre richieste le stesse informazioni di cui sopra per il trasferimento nella nuova sede.

*R3) L'installazione in via Mancinelli, 7 - 20131 Milano è prevista nel locale 114A, sito al piano terra. Per il mezzo di trasporto è previsto l'accesso dall'ingresso di via Lambrate 8. Il mezzo di trasporto dovrà entrare in retromarcia e prevedere lo scarico posteriore nel cortiletto del dipartimento. L'accesso al locale 114A può avvenire attraverso un viale di larghezza ca. 3,8 m e con una porta con luce effettiva di 1,04 m che consente di accedere direttamente. Alternativamente, l'accesso può avvenire da un secondo cortile (mantenendo lo stesso accesso principale per l'automezzo), attraverso un atrio con ingresso di 1,80 m, due porte antincendio con luce effettiva di 1,05 m, un corridoio di larghezza ca. 2 m e la porta di ingresso al locale 114°, con luce effettiva di 1,10 m. Si veda mappa allegata.*

*Per il trasferimento in via Bassini, 16 - 20133 Milano, si deve considerare che al momento l'edificio è in fase di avanzata progettazione ma non ancora eseguito. Il locale prescelto si trova al piano terra (soluzione definitiva e non modificabile). L'accesso sarà consentito attraverso un ampio ingresso per l'automezzo in opportuna zona di scarico e due porte di accesso di 1,80 m che conducono in un corridoio di oltre 3 m di larghezza e porta di accesso al locale di 1,20 m (probabile luce effettiva dopo l'installazione del serramento di almeno 1,10 m).*

