



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

AREA GESTIONE  
INFRASTRUTTURE E  
SERVIZI

**FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA TRIBOLOGICO  
MULTIFUNZIONALE - CIG 91402683C4**

**QUESITI 1**

D1) Si richiede il valore velocità minima "Motore di azionamento rotativo standard" (Capitolato pag.3) pari a 5000 rpm, è da intendersi invece come velocità massima? Questo poiché usualmente nei test le velocità possono partire da pochi giri al minuto.

*R1) L'interpretazione corretta è "5000 rpm come velocità massima".*