



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

AREA GESTIONE  
INFRASTRUTTURE  
E SERVIZI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA  
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA LASER AD  
IMPULSI ULTRA-CORTI ED ALTA POTENZA, TUNABILE SU UNA AMPIA  
BANDA SPETTRALE**

**CIG 9917664B3B**

**CUP B53C22004310006**

#### **CHIARIMENTI N.2**

D2) Riporto di seguito richiesta di chiarimenti relativamente a capitolato tecnico.

- 1) Ingombro massimo per testa laser: 1000x600x400 mm. Cosa si intende nello specifico per testa laser? Il solo laser tunabile oppure l'intero sistema composto da: laser tunabile + AOM + Pulse Picker + modulo SHG?
- 2) Closed-loop water chiller se previsto raffreddamento ad acqua: cosa si intende per closed-loop? Fa riferimento a un chiller di tipo acqua-acqua?

*R2) Per testa laser si intende il solo laser tunabile. Per closed loop si intende che il circuito di raffreddamento primario sia chiuso. Un chiller di tipo acqua-acqua che soddisfi la condizione appena detta va bene.*